

high-universal : عنوان کنترل : شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ : عنوان آزمایش : TSH : عنوان دستگاه : elecsys : سری ساخت : ۵۵۶۴۰۵

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۳.۸۳۷	۰.۳۳۸	۷.۷۸۸	۸.۱۲۶	۸.۴۶۴	۸.۸۰۲	۹.۱۴	۹.۴۷۸	۹.۸۱۶

مقدار	تاریخ
۸.۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۹.۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۸.۳۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۹.۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مقدار	تاریخ
۸.۶۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۸.۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۸.۵۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۸.۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۸.۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۳

مقدار	تاریخ
۸.۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۹.۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۸.۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۹.۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۸.۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۸.۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۸

CV%: 3.467	SD: 0.306	Mean: 8.825
------------	-----------	-------------

