

Universal I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

TSH : عنوان آزمایش :  
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۵۵۸۰۱۲

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۷,۰۹۱	۰,۱	۱,۱۱۷	۱,۲۱۷	۱,۳۱۷	۱,۴۱۷	۱,۵۱۷	۱,۶۱۷	۱,۷۱۷

مقدار	تاریخ
۱,۴۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۱,۳۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۱,۴۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۱,۳۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۱,۴۳	۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱,۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۱,۴۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۱,۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۱,۴۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۱,۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۱,۵۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۶

مقدار	تاریخ
۱,۳۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۱,۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۱,۴۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۱,۳۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۱,۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۱,۳۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۷

CV%: 5.89	SD: 0.086	Mean: 1.458
-----------	-----------	-------------

