

عنوان کنترل : permium plus II
شروع کنترل
۱۴۰۱/۱۲/۲۰:

عنوان آزمایش : TSH
عنوان دستگاه : simense
سری ساخت : ECT۱۰۷

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۳۰۷	۰.۱۰۷	۱.۶۹۱	۱.۷۹۸	۱.۹۰۵	۲.۰۱۲	۲.۱۱۹	۲.۲۲۶	۲.۳۳۳

مقدار	تاریخ
۱.۷۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۱.۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۶
۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۲.۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۲.۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۲.۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۱.۹۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۴
۲.۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۱.۹۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۲.۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۲.۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۱.۸۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۱.۹۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۱.۸۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۱.۹۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۵
۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۱.۹۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۱.۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۹
۱.۷۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۰
۱.۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۱
۱.۷۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۲

CV%: 5.425	SD: 0.107	Mean: 1.975
------------	-----------	-------------

