

عنوان کنترل : Universal I
شروع کنترل
۱۴۰۲/۰۴/۲۰:

سری ساخت : ۵۵۸۰۱۲

عنوان آزمایش : TSH
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲.۲	۰.۰۸۷	۱.۱۸۹	۱.۲۷۶	۱.۳۶۳	۱.۴۵	۱.۵۳۷	۱.۶۲۴	۱.۷۱۱

مقدار	تاریخ
۱.۴۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۱.۳۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۱.۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۱.۳۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۱.۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۰

مقدار	تاریخ
۱.۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۱.۴۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۱.۳۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۱.۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۱.۳۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۲
۱.۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۱.۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۵

مقدار	تاریخ
۱.۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۱.۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۱.۳۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۱.۴۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۱.۳۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۱.۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۵
۱.۳۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۷

CV%: 4.599	SD: 0.063	Mean: 1.371
------------	-----------	-------------

