

عنوان کنترل : Universal I
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

عنوان آزمایش : TSH
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۵۵۸۰۱۲

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۶۴۷	۰,۱۱۳	۱,۱۴۵	۱,۲۵۸	۱,۳۷۱	۱,۴۸۴	۱,۵۹۷	۱,۷۱	۱,۸۲۳

مقدار	تاریخ
۱,۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۱,۴۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۹

مقدار	تاریخ
۱,۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۱,۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۱,۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۱,۶۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۱,۳۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۱,۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۱,۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱,۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۱,۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۱,۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۳

CV%: 8.921	SD: 0.128	Mean: 1.432
------------	-----------	-------------

