

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

biorad II : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

TSH : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۴۰۳۸۲-

simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>۲</sub> -	SD <sub>۲</sub> -	SD <sub>۱</sub> -	MEAN	SD <sub>۱</sub>	SD <sub>۲</sub>	SD <sub>۲</sub>
۹.۵	۰.۵۰۷	۴.۳۳۹	۴.۸۳۶	۵.۳۴۳	۵.۸۵	۶.۳۵۷	۶.۸۶۴	۷.۳۷۱

مقدار	تاریخ
۴.۹۵	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۵.۳۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۵.۳۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۲

مقدار	تاریخ
۵.۷۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۴.۹۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۵.۴۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۵.۵۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۵.۳۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۵.۷۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۵.۱۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۴.۹۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۴.۸۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۵.۹۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۴.۹۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۵.۸۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۱

CV%: 6.903	SD: 0.369	Mean: 5.343
------------	-----------	-------------

