

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترول : biorad II

شروع کنترول : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

سری ساخت : -۴۰۳۸۲

TSH-ECLIA

عنوان آزمایش :

simense

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۹.۵	۰.۵۰۷	۴.۳۳۹	۴.۸۳۶	۵.۸۵	۶.۳۵۷	۶.۸۶۴	۷.۳۷۱

مقدار	تاریخ
۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۵.۸۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۵.۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۵.۹۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۵.۸۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۱
۵.۷۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۳
۶.۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۵.۶۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۵.۳۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۵.۶۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۵.۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۵.۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۵.۹۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۵.۷۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۵.۴۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۵.۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۵.۷۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۵.۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۹
۵.۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۴.۸۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۵.۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۵.۶۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۵.۹۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۵

مقدار	تاریخ
۵.۱۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۴.۹۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۴.۸۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۵.۹۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۴.۹۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۵.۸۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۵.۷۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۴.۹۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۵.۴۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۵.۵۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۵.۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۵.۷۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۴.۹۵	۱۳۹۹/۱۰/۳۰

CV%: 6.669	SD: 0.37	Mean: 5.548
------------	----------	-------------

