

عنوان آزمایش : TSH-ECLIA

عنوان کنترل :

normal -UNIVERSAL

عنوان دستگاه : Elecsys

سری ساخت : ۳۳۰۰۲۵

شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
1.477	1.416	1.355	1.294	1.233	1.172	1.111	0.061	4.724

تاریخ	مقدار
12/12/1399	1.38
13/12/1399	1.21
14/12/1399	1.36

تاریخ	مقدار
06/12/1399	1.36
09/12/1399	1.26
10/12/1399	1.41
11/12/1399	1.32

تاریخ	مقدار
02/12/1399	1.29
03/12/1399	1.31
04/12/1399	1.36
05/12/1399	1.41

Mean: 1.334	SD: 0.063	CV%: 4.698
-------------	-----------	------------

