

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : TSH  
 عنوان دستگاه : elecsys  
 عنوان کنترل : high-universal  
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴  
 سری ساخت : ۳۳۰۰۲۲

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۳.۷۴۸	۰.۲۹۵	۶.۹۹۶	۷.۲۹۱	۷.۸۸۱	۸.۱۷۶	۸.۴۷۱	۸.۷۶۶

مقدار	تاریخ
۷.۴۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۷.۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۷.۳۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۷.۹۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۸.۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۸.۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۷
۷.۸۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۷.۹۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۷.۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۷.۶۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۷.۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۷.۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۷.۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۷.۹۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۷.۳۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۷.۴۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۷.۷۴۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۸.۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۷.۶۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۸.۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۸.۴۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۸.۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۸.۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۷.۴۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۹
۷.۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۷.۷۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۷.۵۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۷.۴۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۷.۵۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۸.۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۶

CV%: 5.099	SD: 0.394	Mean: 7.726
------------	-----------	-------------