

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۹/۱۸:

سری ساخت : ۳۴۳۱۲۲۰۱

Testosterone : عنوان آزمایش :
ABBOT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۵.۸۲۵	۲.۱۱۶	۲۹.۹۸۵	۳۲.۱۰۱	۳۶.۳۳۳	۳۸.۴۴۹	۴۰.۵۶۵	۴۲.۶۸۱

مقدار	تاریخ
۳۹.۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۳۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۴
۳۶.۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۳۵.۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۷

مقدار	تاریخ
۳۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۳۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۳۷.۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۳۷.۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۳۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۲

مقدار	تاریخ
۳۷.۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۳۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۳۴.۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۳۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۳۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۶

CV%: 3.822	SD: 1.432	Mean: 37.464
------------	-----------	--------------

