

عنوان کنترل : ABBOTT-1
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۲/۰۱:

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱

عنوان آزمایش : Testosterone-CLIA
عنوان دستگاه : ABBOT

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۶.۹۳۷	۱.۴۴۸	۱۶.۵۳۳	۱۷.۹۷۱	۲۰.۸۶۷	۲۲.۳۱۵	۲۳.۷۶۳	۲۵.۲۱۱

مقدار	تاریخ
۲۰.۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۲۱.۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۲۳.۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۲۳.۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۶
۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۲۳.۲	۱۴۰۰/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۲۳.۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۲۲.۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۲۰.۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۲۳.۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۲۰.۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۰

مقدار	تاریخ
۲۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۱۹.۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۳
۲۰.۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۴
۱۹.۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۲۲.۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۲۰.۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۲۳.۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۱

CV%: 6.015	SD: 1.319	Mean: 21.926
------------	-----------	--------------

