

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۲/۰۱:

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱

Testosterone-CLIA : عنوان آزمایش :
ABBOT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۷.۳۶۳	۱.۶۳۵	۱۷.۳۰۵	۱۸.۹۴	۲۲.۲۱	۲۳.۸۴۵	۲۵.۴۸	۲۷.۱۱۵

مقدار	تاریخ
۲۳.۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۲۵.۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۲۳.۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۲۴.۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۴.۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۲۳.۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۲۵.۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۲۲.۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۲۴.۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۲.۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۲۳.۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۲۲.۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۲۳.۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۶
۲۱.۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۲۳.۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۰
۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱

CV%: 4.428	SD: 1.065	Mean: 24.06
------------	-----------	-------------

