

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۹/۱۸:

سری ساخت : ۳۴۳۱۲۲۰۱

Testosterone-CLIA : عنوان آزمایش :
ABBOT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD _۱ -	SD _۲ -	SD _۱ -	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۲
۹.۳	۳.۱۶۷	۲۲.۲۹۹	۲۵.۴۶۶	۲۸.۶۳۳	۳۱.۸	۳۴.۹۶۷	۳۸.۱۳۴	۴۱.۳۰۱

مقدار	تاریخ
۳۴.۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۲
۳۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۵

مقدار	تاریخ
۳۴.۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۳۱.۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۳۳.۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۳۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۳۷	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۳۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۱

مقدار	تاریخ
۳۴.۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۳۲.۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۳۵.۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۳۴.۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۳۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۳۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۴

CV%: 5.366	SD: 1.908	Mean: 35.553
------------	-----------	--------------

