

عنوان آزمایش : Testosterone
عنوان دستگاه : simense
عنوان کنترل : biorad III
سری ساخت : ۴۰۳۸۳
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۰	۱۳۴.۱۶۷	۷۰۴.۹۹۹	۸۳۹.۱۶۶	۹۵۳.۳۳۳	۱۰۷۷.۵	۱۳۰۱.۶۶	۱۳۳۵.۸۳	۱۴۵۰.۰۰
						۷	۴	۱

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۰۷۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۳۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
		۱۳۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱۳۸۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
		۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۱۳۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۵
CV%: 6.26		SD: 75.418		Mean: 1204.714	

