

ABBOTT-3 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۷/۱۱:

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۲۱۳

Testosterone : عنوان آزمایش :
ABBOT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۶.۶۵۶	۵۹.۹۳۶	۷۲۰.۶۷۵	۷۸۰.۶۱۱	۹۰۰.۴۸۳	۹۶۰.۴۱۹	۱۰۲۰.۳۵ ۵	۱۰۸۰.۳۹ ۱

مقدار	تاریخ
۹۴۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۵
۹۵۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۶
۹۸۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۷

مقدار	تاریخ
۹۷۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۹۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۹۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۸۵۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۷۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۸۹۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۴

مقدار	تاریخ
۹۶۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۹۶۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۹۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۸۵۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۹۷۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۹۴۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۷

CV%: 5.857	SD: 54.347	Mean: 927.867
------------	------------	---------------

