

عنوان آزمایش : Testosterone
عنوان دستگاه : Simense
سری ساخت : ۰۱
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۲۴	۴.۶	۷.۰۵	۱۱.۶۵	۱۶.۲۵	۲۰.۸۵	۲۵.۴۵	۳۰.۰۵	۳۴.۶۵

مقدار	تاریخ
۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۳
۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۷
۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۹
۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۸
۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲
۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۴
۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۹
۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰

CV%: 17.215	SD: 3.724	Mean: 21.635
-------------	-----------	--------------

