

universal II : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۲/۰۵/۱۹:

Testosterone : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۳۳۱۱۹

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۲.۹	۲۶	۱۸۳	۲۰۹	۲۶۱	۲۸۷	۳۱۳	۳۳۹

مقدار	تاریخ
۲۵۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۲۶۳	۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۲۵۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۲۴۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۲۵۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۲۶۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۸

مقدار	تاریخ
۲۵۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۹
۲۴۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۲۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۲۵۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۳

CV%: 2.948	SD: 7.447	Mean: 252.636
------------	-----------	---------------

