

ABBOTT-2 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

سری ساخت : //۳۵۷۱۰۲۱۲

Testosterone : عنوان آزمایش :  
abbott : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۹,۳	۳۳	۳۹۶	۴۲۹	۴۶۲	۴۹۵	۵۲۸	۵۶۱	۵۹۴

مقدار	تاریخ
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۴۶۵,۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۸

CV%: 5.439	SD: 27.346	Mean: 502.783
------------	------------	---------------

