

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۳۹۹/۰۶/۰۲:

سری ساخت : ۳۳۹۰۸۱۹۱

Testosterone-CLIA : عنوان آزمایش :  
ABBOT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۴.۲۲۹	۱.۵۲۲	۳۱.۶۳۴	۳۳.۱۶۶	۳۴.۶۹۸	۳۶.۲۳	۳۷.۷۶۲	۳۹.۲۹۴	۴۰.۸۲۶

مقدار	تاریخ
۳۷.۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۳۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۳۸.۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۳۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۳۷.۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۷
۳۷.۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۳۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۳۸.۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۳۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۳۷.۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۳۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۳۵.۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۳۴.۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۳۵.۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۰
۳۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۳

مقدار	تاریخ
۳۷.۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۳۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۳۷.۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۳۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۳۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۳۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۳۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۳۷.۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۳۵.۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۱

CV%: 3.25	SD: 1.217	Mean: 37.448
-----------	-----------	--------------