

Biorad II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

سری ساخت : ۴۰۳۸۲

Thyroglobulin : عنوان آزمایش :
siemens : عنوان دستگاه :

| %CV | SD | SD ₂ - | SD ₁ - | MEAN | SD ₁ | SD ₂ | SD ₂ |
|-------|------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۷.۲۲۸ | ۰.۱۸ | ۱.۹۵۴ | ۲.۱۳۴ | ۲.۴۹۴ | ۲.۶۷۴ | ۲.۸۵۴ | ۳.۰۳۴ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲.۵۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
| ۲.۲۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
| ۲.۴۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲.۶۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
| ۲.۵۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۲ |
| ۲.۶۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۳ |
| ۲.۵۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۴ |
| ۲.۲۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۵ |
| ۲.۶۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۶ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲.۵۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
| ۲.۶۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
| ۲.۵۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
| ۲.۴۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
| ۲.۸۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
| ۲.۸۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |

| | | |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 6.009 | SD: 0.154 | Mean: 2.569 |
|------------|-----------|-------------|

