

عنوان آزمایش : Thyroglobulin
عنوان دستگاه : COBAS 6000
عنوان کنترل : universal I
سری ساخت : ۴۶۹۸۴۰
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۸/۲۹

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۱۷۲	۱.۱۹۴	۱۵.۷۶۴	۱۶.۹۵۸	۱۸.۱۵۲	۱۹.۳۴۶	۲۰.۵۴	۲۱.۷۳۴	۲۲.۹۲۸

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۲۱.۵۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۸.۹۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۸.۶۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۵
		۱۹.۸۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۸.۸۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۶
		۲۱.۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۹.۸۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۸
		۲۱.۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱۹.۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۹
CV%: 5.645		SD: 1.124		Mean: 19.912	

