

Biorad III : عنوان کنترل : Thyroglobulin : عنوان آزمایش :
 شروع کنترل : ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ : سری ساخت : ۴۰۳۸۳ / siemense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۱.۵	۰.۱۷	۰.۲	۰.۳۷	۰.۵۴	۰.۷۱	۰.۸۸	۱.۰۵	۱.۲۲

مقدار	تاریخ
۱.۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۰.۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱.۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۰
۰.۳۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۰.۶۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۰.۳۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۰.۵۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۷
۰.۷۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۸
۰.۸۲	۱۴۰۰/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۵۶۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۰.۵۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۱.۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۰.۵۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۰.۸۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۰.۷۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۰.۳۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۰.۶۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۰.۸۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۰.۶۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۴
۰.۷۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۱.۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۷

مقدار	تاریخ
۰.۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۰.۴۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۰.۶۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۰.۳۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۰.۵۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۰.۴۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۰.۴۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۰.۷۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۰.۴۳۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۰.۶۹۵	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۰.۵۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۰.۷۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۳

CV%: 34.762	SD: 0.226	Mean: 0.651
-------------	-----------	-------------

