

Biorad II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

سری ساخت : ۴۰۳۸۲

Thyroglobulin : عنوان آزمایش :
siemens : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۵.۷۸	۰.۱۴۸	۲.۱۱۶	۲.۲۶۴	۲.۴۱۲	۲.۵۶	۲.۷۰۸	۲.۸۵۶	۳.۰۰۴

مقدار	تاریخ
۲.۷۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۲.۶۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۲.۷۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۲.۵۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۲.۵۴	۱۴۰۰/۰۲/۳۰
۲.۵۴	۱۴۰۰/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۲.۵۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۲.۳۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۲.۶۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۲.۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۲.۷۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۲.۸۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۲.۷۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۲.۴۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۲.۸۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۵

مقدار	تاریخ
۲.۵۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۲.۴۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۲.۵۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۲.۴۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۲.۷۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۲.۴۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲.۶۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۲.۵۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۲.۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۲

CV%: 5.095	SD: 0.133	Mean: 2.615
------------	-----------	-------------

