

عنوان آزمایش : Thyroglobulin
عنوان دستگاه : siemens

سری ساخت : ۴۰۳۸۲

عنوان کنترل : Biorad II
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
3.022	2.877	2.732	2.587	2.442	2.297	2.152	0.145	5.604

تاریخ	مقدار
25/03/1400	2.51
26/03/1400	2.49
27/03/1400	2.62
29/03/1400	2.42
30/03/1400	2.59
31/03/1400	2.55

تاریخ	مقدار
13/03/1400	2.42
17/03/1400	2.19
18/03/1400	2.45
19/03/1400	2.4
20/03/1400	2.47
22/03/1400	2.51
23/03/1400	2.49
24/03/1400	2.7

تاریخ	مقدار
01/03/1400	2.86
02/03/1400	2.64
03/03/1400	2.62
08/03/1400	2.36
09/03/1400	2.59
10/03/1400	2.35
11/03/1400	2.59
12/03/1400	2.37

Mean: 2.509	SD: 0.142	CV%: 5.67
-------------	-----------	-----------

