

normal -UNIVERSAL : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۴/۲۴:

سری ساخت : ۴۶۹۸۴۰

Thyroglobulin : عنوان آزمایش :  
Elecsys : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۲.۷	۱.۸۶۷	۱۵.۲۹۹	۱۷.۱۶۶	۱۹.۰۳۳	۲۰.۹	۲۲.۷۶۷	۲۴.۶۳۴	۲۶.۵۰۱

مقدار	تاریخ
۱۸.۷۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۱۹.۳۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۱۸.۹۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۱۸.۷۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۲۱.۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۰

مقدار	تاریخ
۲۰.۹۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۴
۲۱.۶۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۱۹.۵۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۲۱.۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۲۰.۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۱
۱۹.۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۲۱.۷۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۲۱.۴۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۴

مقدار	تاریخ
۱۹.۵۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۴
۱۹.۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۲۰.۶۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۲۱.۲۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۲۱.۹۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۲۰.۵۴	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۰.۴۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۲۰.۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۳

CV%: 5.019	SD: 1.021	Mean: 20.347
------------	-----------	--------------

