

عنوان کنترل : normal -UNIVERSAL  
شروع کنترل :  
۱۴۰۰/۰۴/۲۴:

سری ساخت : ۴۶۹۸۴۰

عنوان آزمایش : Thyroglobulin  
عنوان دستگاه : Elecsys

| %CV   | SD    | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۱</sup> - | MEAN   | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۲</sup> |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۵.۰۱۹ | ۱.۰۲۱ | ۱۷.۲۸۴            | ۱۸.۳۰۵            | ۱۹.۳۲۶            | ۲۰.۳۴۷ | ۲۱.۳۶۸          | ۲۲.۳۸۹          | ۲۳.۴۱           |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۲۳.۳۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
| ۳۱    | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
| ۲۱.۹۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۲۱.۹  | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
| ۲۱.۳۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
| ۲۱.۹۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۲ |
| ۲۰.۶  | ۱۴۰۰/۰۶/۳۳ |
| ۲۰    | ۱۴۰۰/۰۶/۳۵ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۲۲.۶۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
| ۲۱.۹۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
| ۲۱    | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
| ۲۱.۴۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
| ۲۱.۶  | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |

|            |           |              |
|------------|-----------|--------------|
| CV%: 3.999 | SD: 0.864 | Mean: 21.592 |
|------------|-----------|--------------|

