

Biorad II : عنوان کنترل : Thyroglobulin : عنوان آزمایش :
 ۱۴۰۰/۰۷/۰۳: شروع کنترل : سری ساخت : -/۴۰۳۸۲ : siemense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۶.۵	۰.۳۶۷	۱.۴۷۹	۱.۸۴۶	۲.۳۱۳	۲.۵۸	۲.۹۴۷	۳.۳۱۴	۳.۶۸۱

مقدار	تاریخ
۲.۴۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۲.۰۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۶
۲.۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۸

مقدار	تاریخ
۲.۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۲.۴۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۲.۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۹
۲.۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۲.۵۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۲.۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۴

مقدار	تاریخ
۱.۹۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲.۷۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۲.۵۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۲.۴۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۲.۱۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۱.۶۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۶

CV%: 12.769	SD: 0.294	Mean: 2.305
-------------	-----------	-------------

