

universal I : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۸/۲۹

سری ساخت : ۴۶۹۸۴۰

Thyroglobulin : عنوان آزمایش :

COBAS 6000

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۲.۷	۱.۸۶۷	۱۴.۹۹۹	۱۶.۸۶۶	۱۸.۷۳۳	۲۰.۶	۲۲.۴۶۷	۲۴.۳۳۴	۲۶.۲۰۱

مقدار	تاریخ
۱۸.۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۱۸.۳۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۱۸.۴۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۱۸.۴۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۲۰.۷	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۷.۹۷	۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۸.۱۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۰
۱۶.۹۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۲۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۸.۵۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۲۰.۷۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۲۱.۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۱۹.۳۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۱۹.۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۴

مقدار	تاریخ
۲۲.۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۱۸.۸۲	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۸.۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۱۸.۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۱۸.۶۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۴
۱۹.۷۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۹.۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۱۹.۰۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۹

CV%: 6.536	SD: 1.253	Mean: 19.176
------------	-----------	--------------

