

عنوان کنترل : universal I
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۳/۰۴:

سری ساخت : ۵۱۹۱۶۲-

عنوان آزمایش : Thyroglobulin
عنوان دستگاه : COBAS 6000

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲.۷	۲.۰۶۷	۱۶.۷۹۹	۱۸.۸۶۶	۲۰.۹۳۳	۲۳	۲۵.۰۶۷	۲۷.۱۳۴	۲۹.۲۰۱

مقدار	تاریخ
۲۰.۹۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۱۷.۳۶	۱۴۰۱/۰۳/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۸.۵۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۱۹.۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۲۴.۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۹.۹۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۱۹.۴۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۸

مقدار	تاریخ
۱۹.۷۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۵
۲۳.۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۲۰.۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۸
۱۹.۸۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۹
۲۵.۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۰

CV%: 14.827	SD: 3.188	Mean: 21.502
-------------	-----------	--------------

