

Biorad III : عنوان کنترل : Thyroglobulin : عنوان آزمایش :
 شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ سری ساخت : ۴۰۲۸۳-/- siemense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۱.۵	۰.۱۶۷	۰.۱۹۹	۰.۳۶۶	۰.۵۳۳	۰.۷	۰.۸۶۷	۱.۰۳۴	۱.۲۰۱

مقدار	تاریخ
۰.۷۸۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۷
۰.۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۰.۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۰
۰.۳۶	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۰.۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۰.۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۰.۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۰.۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۷

مقدار	تاریخ
۰.۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۰.۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۰.۳۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۰.۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۰.۴۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۰.۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۰.۳۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
۰.۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۰.۱۹۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۶

مقدار	تاریخ
۰.۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
۰.۵۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۰.۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۳
۰.۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۰.۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۵
۰.۳۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۰.۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۸
۰.۴۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۰.۴۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۰

CV%: 34.661	SD: 0.184	Mean: 0.53
-------------	-----------	------------

