

Biorad II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳

سری ساخت : -/۴۰۳۸۲

Thyroglobulin : عنوان آزمایش :
siemens : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۶.۵	۰.۳۶۷	۱.۴۷۹	۱.۸۴۶	۲.۳۱۳	۲.۵۸	۲.۹۴۷	۳.۳۱۴	۳.۶۸۱

مقدار	تاریخ
۲.۴۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۲.۰۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۶
۲.۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۸

مقدار	تاریخ
۲.۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۲.۴۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۲.۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۹
۲.۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۲.۵۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۲.۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۴

مقدار	تاریخ
۱.۹۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲.۷۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۲.۵۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۲.۴۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۲.۱۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۱.۶۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۶

CV%: 12.769	SD: 0.294	Mean: 2.305
-------------	-----------	-------------

