

عنوان آزمایش : Thyroglobulin
عنوان دستگاه : COBAS 6000
عنوان کنترل : universal I
سری ساخت : ۵۵۸۰۱۲
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۲.۷	۱.۹	۱۵.۵	۱۷.۴	۱۹.۳	۲۱.۲	۲۳.۱	۲۵	۲۶.۹

مقدار	تاریخ
۲۰.۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۱۹.۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۸
۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۱

مقدار	تاریخ
۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۵
۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۵
۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶

مقدار	تاریخ
۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۴
۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۱۹.۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۳

CV%: 5.205	SD: 1.073	Mean: 20.609
------------	-----------	--------------

