

Universl I : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

سری ساخت : ۵۵۰۱۴

Thyroglobulin : عنوان آزمایش :
Liaison : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۲.۷	۱.۹	۱۵.۵	۱۷.۴	۱۹.۳	۲۱.۲	۲۳.۱	۲۵	۲۶.۹

مقدار	تاریخ
۲۱.۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۱۹.۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۱۸.۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۱۹.۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۱۸.۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۴

مقدار	تاریخ
۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۲۲.۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۲۱.۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۱۸.۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۱۸.۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۵
۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۶

مقدار	تاریخ
۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۴
۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۱۹.۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۱۸.۶	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۱۷.۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۱۷.۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۱۹.۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۶

CV%: 9.432	SD: 1.899	Mean: 20.136
------------	-----------	--------------

