

permium plus II : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۱۲/۲۰:

سری ساخت : ECT۱۰۷

Thyroglobulin : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۵	۱.۲۳۳	۱۱.۲۰۱	۱۲.۴۳۴	۱۳.۶۶۷	۱۴.۹	۱۶.۱۳۳	۱۷.۳۶۶	۱۸.۵۹۹

مقدار	تاریخ
۱۴.۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۱۶.۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۱۷.۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۱۵.۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۷
۱۵.۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۱۶.۷	۱۴۰۲/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۲.۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۵
۱۵.۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
۱۶.۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۱۵.۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۱۵.۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۷
۱۴.۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۱۶.۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۱۶.۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۴.۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۱۴.۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۱۶.۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۱۶.۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۱۴.۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۱۵.۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۸

CV%: 7.204	SD: 1.12	Mean: 15.548
------------	----------	--------------

