

universal I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

سری ساخت: ۶۲۳۱۱۹۰۵

Thyroglobulin : عنوان آزمایش :
COBAS 6000 : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۷	۱,۹۳۳	۱۵,۷۰۱	۱۷,۶۳۴	۱۹,۵۶۷	۲۱,۵	۲۳,۴۳۳	۲۵,۳۶۶	۲۷,۲۹۹

مقدار	تاریخ
۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۵,۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۲۴,۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۲

مقدار	تاریخ
۲۲,۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۲۱,۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴

مقدار	تاریخ
۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۱۸,۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۲۱,۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۷

CV%: 8.362	SD: 1.863	Mean: 22.282
------------	-----------	--------------

