

Permium III : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

Testosterone : عنوان آزمایش :
سری ساخت : EC۲۱۸۷
Simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۲۶۱	۶۱,۶۸۷	۸۰۰,۲۵۹	۸۶۱,۹۴۶	۹۲۳,۶۳۳	۹۸۵,۳۲	۱۰۴۷,۰۰۷	۱۱۰۸,۶۹۴	۱۱۷۰,۳۸۱

مقدار	تاریخ
۱۰۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۹۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۹۸۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۱۰۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۸

مقدار	تاریخ
۱۰۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۱۰۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۱۰۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۹

CV%: 4.327	SD: 43.065	Mean: 995.286
------------	------------	---------------

