

عنوان کنترل : universal I  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

عنوان آزمایش : Thyroglobulin  
عنوان دستگاه : COBAS 6000  
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹۰۵

| %CV   | SD    | SD <sup>۳-</sup> | SD <sup>۲-</sup> | SD <sup>۱-</sup> | MEAN   | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۳</sup> |
|-------|-------|------------------|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۸,۵۰۵ | ۱,۹۰۵ | ۱۶,۶۸۶           | ۱۸,۵۹۱           | ۲۰,۴۹۶           | ۲۲,۴۰۱ | ۲۴,۳۰۶          | ۲۶,۲۱۱          | ۲۸,۱۱۶          |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۲۱,۸  | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۲۵    | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۲۳,۸  | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |

|            |           |              |
|------------|-----------|--------------|
| CV%: 6.869 | SD: 1.617 | Mean: 23.533 |
|------------|-----------|--------------|

