

permium plus II : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۱۲/۲۰:

سری ساخت : ECT۱۰۷

Thyroglobulin : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۲۰۴	۱.۱۲	۱۲.۱۸۸	۱۳.۳۰۸	۱۴.۴۳۸	۱۵.۵۴۸	۱۶.۶۶۸	۱۷.۷۸۸	۱۸.۹۰۸

مقدار	تاریخ
۱۳.۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۱۴.۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۱۵.۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۶
۱۴.۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۱۳.۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۱۳.۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۱۴.۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۳.۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۱۳.۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۴
۱۵.۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۱۳.۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۱۳.۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۱۵.۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۱۳.۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۵.۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۱۵.۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۵
۱۴.۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۱۳.۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۹
۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۰
۱۵.۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱
۱۳.۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۲

CV%: 5.645	SD: 0.819	Mean: 14.517
------------	-----------	--------------

