

permiujm plus II : عنوان کنترل :
شروع کنترل :
۱۴۰۲/۰۵/۱۷:

سری ساخت : ۲۱۰۷

Thyroglobulin : عنوان آزمایش :
liaison : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۲.۷	۲.۱۳۳	۲۸.۳۰۱	۳۱.۴۳۴	۳۷.۷	۴۰.۸۳۳	۴۲.۹۶۶	۴۷.۰۹۹

مقدار	تاریخ
۳۲.۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۳۶.۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۳۵.۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۳۵.۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶

مقدار	تاریخ
۳۲.۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۳۴.۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۳۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۳۴.۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۳۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۳۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۳۳.۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۱

مقدار	تاریخ
۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۳۲.۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۳۲.۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۹
۳۷.۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۳۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۳۲.۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۳۲.۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۴

CV%: 5.766	SD: 1.988	Mean: 34.478
------------	-----------	--------------

