

permium III : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

Thyroglobulin : عنوان آزمایش :
Liaison : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۱۸۷

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۶	۴,۶	۴۱,۳	۴۵,۹	۵۰,۵	۵۵,۱	۵۹,۷	۶۴,۳	۶۸,۹

مقدار	تاریخ
۴۹,۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۵۱,۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۹

مقدار	تاریخ
۵۷,۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۴۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۵۲,۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۴۹,۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۷

مقدار	تاریخ
۵۱,۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۵۷,۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۵۷,۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۵۳,۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۲

CV%: 6.505	SD: 3.433	Mean: 52.77
------------	-----------	-------------

