

permium plus III : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۱/۱۶

Thyroglobulin : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۱۸۷

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۲	۲,۴۶۷	۱۹,۹۹۹	۲۲,۴۶۶	۲۴,۹۳۳	۲۷,۴	۲۹,۸۶۷	۳۲,۳۳۴	۳۴,۸۰۱

مقدار	تاریخ
۲۴,۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۸
۲۶,۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۹
۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۱
۲۸,۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۱

مقدار	تاریخ
۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸
۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۳۰
۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۱
۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۲
۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۶

مقدار	تاریخ
۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۷

CV%: 6.865	SD: 1.773	Mean: 25.821
------------	-----------	--------------

