

## آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

Biorad II : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

سری ساخت : ۴۰۳۸۲

Thyroglobulin

: عنوان آزمایش :

siemens

: عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۵.۳۵۴	۰.۱۲	۱.۸۷۶	۱.۹۹۶	۲.۱۱۶	۲.۲۳۶	۲.۳۵۶	۲.۴۷۶	۲.۵۹۶

مقدار	تاریخ
۲.۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۲.۳۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۲.۵۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۲.۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۱.۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۲.۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۲.۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۲.۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
۲.۱۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۲.۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۲.۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۲.۳۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۲.۲۳۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۲.۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۲.۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۲.۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۲.۱۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۲.۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۲.۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۲.۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۴
۲.۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۲.۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۲.۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۲.۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۲.۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۰

CV%: 7.213	SD: 0.157	Mean: 2.179
------------	-----------	-------------