

عنوان آزمایش : Thyroglobulin-CLIA
عنوان دستگاه : siemens

سری ساخت : ۴۰۳۸۲

عنوان کنترل : Biorad II
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

| 3SD | 2SD | 1SD | MEAN | -1SD | -2SD | -3SD | SD | CV% |
|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| 3.048 | 2.821 | 2.594 | 2.367 | 2.14 | 1.913 | 1.686 | 0.227 | 9.589 |

| تاریخ | مقدار |
|------------|-------|
| 23/12/1399 | 2.66 |
| 24/12/1399 | 2.34 |
| 25/12/1399 | 2.68 |
| 26/12/1399 | 2.48 |
| 27/12/1399 | 2.65 |
| 28/12/1399 | 2.74 |

| تاریخ | مقدار |
|------------|-------|
| 12/12/1399 | 2.42 |
| 13/12/1399 | 2.66 |
| 14/12/1399 | 2.76 |
| 16/12/1399 | 2.41 |
| 17/12/1399 | 2.59 |
| 18/12/1399 | 2.36 |
| 19/12/1399 | 2.54 |
| 20/12/1399 | 2.35 |

| تاریخ | مقدار |
|------------|-------|
| 02/12/1399 | 2.53 |
| 03/12/1399 | 2.61 |
| 04/12/1399 | 2.57 |
| 05/12/1399 | 2.3 |
| 06/12/1399 | 2.45 |
| 09/12/1399 | 2.74 |
| 10/12/1399 | 2.66 |
| 11/12/1399 | 2.61 |

| | | |
|------------|-----------|------------|
| Mean: 2.55 | SD: 0.142 | CV%: 5.567 |
|------------|-----------|------------|

