

Biorad III : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

Thyroglobulin : عنوان آزمایش :
siemens : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۴۰۳۷۳-

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۱.۰۴۷	۰.۲۳۴	۱.۴۲	۱.۶۵۴	۱.۸۸۸	۲.۱۲۲	۲.۳۵۶	۲.۵۹	۲.۸۲۴

مقدار	تاریخ
۲.۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۲.۴۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۱.۹۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱.۹۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۱.۹۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۱.۹۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۱.۹۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۲.۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۱.۸۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۲.۷۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۱.۹۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۱.۹۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۲.۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۱.۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۲.۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۱.۸۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۲.۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۲.۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۸
۱.۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۱.۸۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۱

CV%: 12.215	SD: 0.253	Mean: 2.069
-------------	-----------	-------------

