

## آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

Biorad II : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

سری ساخت : ۴۰۳۸۲

Thyroglobulin

: عنوان آزمایش :

siemens

: عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۵.۰۵۳	۰.۱۱۳	۱.۸۸۸	۲.۰۰۱	۲.۱۱۴	۲.۲۳۷	۲.۳۴	۲.۴۵۳	۲.۵۶۶

مقدار	تاریخ
۲.۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۲.۳۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۲.۳۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۲.۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۷
۲.۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۲.۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۲.۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۱.۹۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۲.۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۲.۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۲.۴۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۲.۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۲.۳۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۲.۳۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۰
۲.۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۲

مقدار	تاریخ
۲.۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۲.۳۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۲.۳۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۲.۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۲.۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۲.۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۲.۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۲.۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۲.۳۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۰

CV%: 5.452	SD: 0.122	Mean: 2.23
------------	-----------	------------