

permium plus II : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۱۲/۲۰:

TSH : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ECT۱۰۷

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۰۶۸	۰.۱	۱.۶۷۶	۱.۷۷۶	۱.۸۷۶	۱.۹۷۶	۲.۰۷۶	۲.۱۷۶	۲.۲۷۶

مقدار	تاریخ
۲.۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۱.۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۱.۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۲.۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۲.۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۲.۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۰

مقدار	تاریخ
۲.۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲.۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۲.۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۱.۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۱.۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۱.۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱.۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱.۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۲.۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۲.۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۲.۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۹

CV%: 7.923	SD: 0.159	Mean: 2.012
------------	-----------	-------------

