

عنوان کنترل : abbot I  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۲/۰۱

سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۱

عنوان آزمایش : Free T3  
عنوان دستگاه : Abbott

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۳.۶	۰.۲۶	۱.۸۳	۲.۰۹	۲.۳۵	۲.۶۱	۲.۸۷	۳.۱۳	۳.۲۹

مقدار	تاریخ
۲.۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۲.۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۲.۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۲.۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۲.۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۲.۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۲.۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۲.۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۲.۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۲.۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۴
۲.۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۲.۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۲.۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۲.۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۲.۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۶
۲.۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۲.۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲.۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۳.۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۲.۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۲.۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۲.۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰

CV%: 11.171	SD: 0.293	Mean: 2.619
-------------	-----------	-------------

