

عنوان آزمایش : Free T4  
عنوان دستگاه : simense  
سری ساخت : EC۲۱۰۷  
عنوان کنترل : permium plus II  
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

%CV	SD	SD۲-	SD۳-	SD۱-	MEAN	SD۱	SD۲	SD۳
۴.۲۱۶	۰.۱۰۳	۲.۱۲۹	۲.۲۳۲	۲.۲۳۵	۲.۴۳۸	۲.۵۴۱	۲.۶۴۴	۲.۷۴۷

مقدار	تاریخ
۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۲.۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۲.۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۲.۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۰

مقدار	تاریخ
۲.۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲.۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۲.۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۲.۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۲.۴۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۲.۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۲.۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۲.۵۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۲.۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۲.۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۹

CV%: 3.981	SD: 0.098	Mean: 2.462
------------	-----------	-------------

