

عنوان کنترل : prmium plus II

شروع کنترل  
۱۴۰۱/۱۲/۲۰:

سری ساخت : ECT۱۰۷

عنوان آزمایش : Triiodothyronine (T3)

عنوان دستگاه : simense

%CV	SD	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>1</sup> -	MEAN	SD <sup>1</sup>	SD <sup>2</sup>	SD <sup>2</sup>
۲.۵۲	۷.۲۲۵	۱۸۳.۵۹۲	۱۹۰.۸۱۷	۱۹۸.۰۴۲	۲۰۵.۲۶۷	۲۱۲.۴۹۲	۲۱۹.۷۱۷	۲۲۶.۹۴۲

مقدار	تاریخ
۲۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۲۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۲۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۲۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۲۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۲۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۲۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۲۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۲۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۲۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۲۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۲۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۲۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۳

مقدار	تاریخ
۲۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۲۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۲۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۲۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۲۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۲۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۲۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۰

CV%: 2.929	SD: 6.114	Mean: 208.739
------------	-----------	---------------

