

عنوان کنترل : permium plus II

عنوان آزمایش : Total Thyroxine (T4)

شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۲/۲۴:

سری ساخت : ECT۱۰۷

عنوان دستگاه : simesne

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۱.۷	۰.۷۱۷	۶.۴۹۹	۷.۳۱۶	۷.۹۳۳	۸.۶۵	۹.۳۶۷	۱۰.۰۸۴	۱۰.۸۰۱

مقدار	تاریخ
۸.۹۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۸.۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۶.۸۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷

مقدار	تاریخ
۸.۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۸.۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۷.۹۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۸.۹۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۸.۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۸.۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۴

مقدار	تاریخ
۸.۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۸.۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۸.۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۶
۸.۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۸.۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۸.۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۰

CV%: 6.298	SD: 0.53	Mean: 8.416
------------	----------	-------------

